赤羽中央総合病院 地域包括ケア病棟 ベッド購入に伴う一般競争入札案内

# 1.設置場所

東京都北区志茂一丁目 19番 14号

# 2.入札種別

一般競争入札

# 3.入札日時・場所

令和3年8月5日(木) 10時30分 東京都北区赤羽南2-10-13 博栄会ビル4階 会議室

# 4.ベッド仕様

別紙 参照

### 5. 手続

・入札参加希望者は7月30日(金)までにメールにて「会社名・担当部署・担当者名・連絡先」を送付

(メール送付先)

医療法人社団 博栄会 法人本部 沖原幹二 宛

メールアドレス okihara@hakueikai.or.jp

・メール受領後、詳細資料及び入札書等を送付します。

以上

#### 医療法人社団 博栄会 赤羽中央総合病院(地域包括ケア病棟) ベッド仕様書

	場所	参考品番	商品名	参考メーカー	数量
1	特別室	KA-2321E	電動リモートコントロールベッド (ドージェ)	パラマウントベッド(株)	1
2		KS-023G	折りたたみベッドサイドレール	パラマウントベッド(株)	2
3		KF-1970	ベッドサイドテーブル	パラマウントベッド㈱	1
4	個室	KA-N1311J	エスパシアシリーズ 電動リモートコントロールベッド	パラマウントベッド(株)	5
(5)		K S – 1 2 6 MG	ベッドサイドレール (2本組)	パラマウントベッド(株)	5
6		KS-098AG	スイングアーム介助バー	パラマウントベッド㈱	5
7		KF-1930	ベッドサイドテーブル	パラマウントベッド(株)	5
8	・ 2床室・4床室	KA-N1311R	エスパシアシリーズ 電動リモートコントロールベッド	パラマウントベッド(株)	44
9		K S – 1 6 1 G	ベッドサイドレール (2本組)	パラマウントベッド(株)	44
10		KS-098AG	スイングアーム介助バー	パラマウントベッド(株)	44
11)		KF-1930	ベッドサイドテーブル	パラマウントベッド(株)	44

### ※搬入設置費用を含むものとする。

<製品については、以下の要件を満たすこと>

- (1) (4)、(8)のベッドは、手元スイッチで背上げ・膝上げ・高さ調整を単独で操作が出来る。
- (2) **4**と**8**のベッドは、背ボトムと膝ボトムの連結部にはギャッチ動作時における体のずれ、腹部圧迫の軽減を図るため 短冊状に構成された屈曲ボトムにより緩やか曲線を構成し、且つ伸びる機構を有するものとする。
- (3) **④**、**⑧**のベッドは、ベッドリンクケーブル (別売り) を用いて特定のエアマットレス (別売り) と接続できる。これにより エアマットレスがベッドの背角度変化を自動で検知し、臀部の底着きを防ぐ為に、自動でエアマットレスの内圧を調整することができること。
- (4) **④**、**⑧**のベッドは、高さ下げ操作時にはメインフレームとベースフレームまたは床との間で、手や足、周囲の物品などの意図しない 挟まれを防ぐ為、ボトムの高さが32cmの位置で一旦停止する。その際、ピッピッと警告音を鳴らす。その後、再度高さの下げ操作を行うと、 警告音を繰り返し鳴らし、最低位置まで下降するものとする。
- (5) 移転時の買い替えに伴い、既存病院で使用していたベッド及び付属品に関しての廃棄も請け負うものとし積算すること。